

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	呼吸气末二氧化碳检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 呼吸气末二氧化碳检测仪主要用于气管插管和心肺复苏时的患者呼吸末 CO₂ 监测, 进口检测仪 EtCO₂ 测量精度 $< \pm 2 \text{ mmHg} / 0-40 \text{ mmHg} < \pm 6\% (41-99 \text{ mmHg})$, 优于国产设备。为满足高精度、高准确度的检测, 提高治愈率、减少并发症, 特申请进口设备。	
三、专家论证意见	
进口呼吸气末 CO₂ 检测仪 EtCO₂ 测量精度满足 $< \pm 2 \text{ mmHg} (0-40 \text{ mmHg})$, $\pm 6\% (41-99 \text{ mmHg})$ 的要求, 且 PR12 呼吸气末精度满足 $\pm 16 \text{ ppm}$ 要求, 精度高, 并发症少, 国产无法进口。	
专家签字:	何佳
2015 年 8 月 28 日	